


CAHSS100GSMP (-40°C)**AED cabinet**

- AED cabinet with GSM and AED sensor.
- An SMS is sent when the door is opened.
- Insulated stainless steel cabinet
- Frost resistant down to (-40 °C)
- Additional frontal heating element (-20 °C to -40 °C).
- Fan for ventilation.
- 2 x LED lights (meaning defibrillator is visible in the dark)
- Designed to be easy to open, even under conditions of heavy snow and frost.
- Future-proof! (Software can be upgraded)

FUNCTIONAL DESCRIPTION:

Once the door is opened... The BLINKER and SIREN will start, and GSM sends an SMS stating 'DOOR OPEN' to five selected mobile telephone numbers.
Take AED, (2 BIP) and then will be send an SMS 'NO AED'.
Place AED in the closet. (2 BIP) NewSMS 'AED PRESENT'
(If the door does not close again within 3 minutes, SIREN automatically stops)

Once the door is closed... The cabinet is once again ready for operation.



IREN (Infrared sensor)
Checked that AED is in the cabinet.

TECHNICAL DESCRIPTION:

AED sensor:	Registering if AED is in the cabinet. (IREN Infrared Sensor)
Door:	The door is fitted with thermopane glass and marked with international AED labels/symbols.
Light:	Blue blinker and 2 x LED lights so that the closet is visible in the dark.
Siren:	Siren in the cabinet. (100 dBA / 1m)
Fan:	The ventilation fan starts automatically when the temperature exceeds +40 °C.
Frost-proof cabinet:	Thermostatically-controlled heating element. Frost resistant down to -40 °C.
GSM/SMS:	Control Print with GSM for SMS communication.
Voltage:	Must be connected to a 230V electrical supply.
Battery backup:	12V battery backup activates in the event of power failure.
Maintenance:	A new 12V battery should be installed every three years.
External dimensions:	B x H x D = 44 x 46 x 27 cm (incl. door handles)
Internal dimensions:	B x H x D = 33 x 38 x 20 cm
Weight:	Cross weight incl. packaging 18,5 Kg.

DATA SHEET:

Connection voltage 230V. (Phase, Zero and Earth)
Power consumption in normal operation = 40 mA (10.2 Wh)
Max. power consumption incl. Heater = 500 mA (116 Wh)

MAINTENANCE / CLEANING:


We recommend cleaning the outer surface of the cabinet at least 1-2 times per year.
Wipe using detergent and a damp cloth or brush and rinse with clean water. Finally wipe down the cabinet with a dry cloth.
If the surface of the cabinet becomes tarnished, this will be due to deposits which can easily be cleaned off.
For difficult deposits, use a scouring pad. **Never use wire wool.**




INSTALLATION - SIM card:

Remove the 2 Allen screws on the cover plate with the LED light slide the sheet out.

Install 1 pc. standard SIM card.



SIM card LED light
LED light
(Connection to telecommunications network)



Switch on the cabinet's power supply (see mounting and installation instructions)

After 30 seconds, the LED light should start to flash more slowly.
(If it blinks slowly, there is no connection to the telecommunications network)

SETTING MOBILE NUMBERS TO RECEIVE SMS:

Setting up phone numbers. Send an SMS with the following content: (+44 national code GB)

T1=+44XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T2=+44XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

T3=+44XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T4=+44XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

T5=+44XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

T1=, T2=, T3= Telephone numbers that will receive the message DOOR IS OPEN.

T4=, T5= Service numbers, will receive an SMS error alert message from the closet and DOOR IS OPEN.

Receive a test SMS indicating software, temperature and whether the battery is connected: **Test**
(The cabinet will send the software version and temperature to the sender of the SMS. I.e. GSM signal OK.)
(If the battery is not connected, you will receive the message 'NO BATTERY CONNECTED')

Receive a status SMS. Send an SMS with the following content: **Status**
(The cabinet will send passwords and phone numbers to the sender.)

C1=XXXX C2=XXXX C3=XXXX C4=XXXX (Use only for enclosure locker)

T1=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T2=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

T3=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T4=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

T5=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Receive a temperature SMS. Send an SMS with the following content: **Temp**
(The cabinet will send a message to the sender indicating the temperature, e.g. "TEMP:23". 23 C° = the current temperature in the cabinet)

ACTIVITY OF AED SENSOR:

Send a text message, **AED ON** (AED sensor enabled)
Send a text message, **AED OFF** (AED sensor not active)

SMS THE CABINET CAN SEND:


DOOR IS OPEN	If the door is opened.
NO AED	Take AED, (2 BIP) and then will be send an SMS.
AED PRESENT	Placer AED i skabet. (2 BIP) og der bliver sendt en SMS.
NO MAIN POWER RUNNING ON BATTERY POWER	230V disconnected.
MAIN POWER IS OK	230V OK.
BATTERY LOW	Battery under 11 Volt.
BATTERY DEFECTIV	Battery defectiv under 10 volt.
KEYBOARD DEFECTIVE	Keyboard must be replaced.
HEATING DEFECTIVE + TEMPERATUR	Heating element defectiv.
FAN DEFECTIVE + TEMPERATUR	Fan stopped.
TEMPERATURE HIGH	Cabinet temp 50 °C.
TEMPERATURE LOW + TEMPERATUR	Cabinet temp under 3 °C.



- AED Schrank mit GSM und AED-Sensor.
- SMS-Nachricht, wenn die Tür geöffnet wird.
- Isoliertes Edelstahl-Gehäuse
- Frostbeständig bis (-40 °C).
- Zusätzliche Front-Heizung (-20 °C bis -40 °C).
- Ventilator zur Belüftung.
- 2 x LED lys (*hjertestarter synlig i mørke*).
- Die Öffnung ist so gestaltet, dass sie auch unter dem Einfluss großer Mengen von Schnee und Frost geöffnet werden kann.
- Zukunftssicher! (*Software aufrüstbar*)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG:

- Öffnet man die Schranktür... Beginnt BLINKEN, SIRENE und GSM sendet eine SMS-Textnachricht „DOOR OPEN“ an fünf ausgewählte Mobilnummern.
Ergreifen Sie den AED, (2 TÖNE) und eine SMS-Nachricht „NO AED“ wird gesendet.
Platzieren Sie den AED im Schrank. (2 TÖNE) neue SMS „AED PRESENT“
(wird die Tür innerhalb von 3 Minuten nicht wieder geschlossen, verstummt die SIRENE automatisch)
- Wird die Tür geschlossen... Ist der Schrank wieder betriebsbereit



TECHNISCHESBESCHREIBUNG :

- AED-Sensor: Stellt fest, ob der AED im Schrank ist. (*IRED Infrarot-Sensor*)
 Tür: Läge har termoglas og er monteret med international AED labels/symboler.
 Licht: Blaulicht und 2x LED-Licht, so dass der Schrank im Dunkeln zu sehen ist.
 Sirene: Sirene im Schrank. (100 dBA / 1m)
 Ventilator: Belüftung beginnt bei +40 °C.
 Schrank frostfrei: Thermostatheizung. Frostbeständig bis -40 °C.
 GSM / SMS: Steuerplatine mit GSM für die SMS-Kommunikation.
 Spannung: Muss an 230V angeschlossen werden.
 Batterie-Backup: 12V-Batterie-Backup bei Stromausfall.
- Wartung: Alle drei Jahre eine neue 12V-Batterie.
- Außenmaße: B x H x D = 44 x 46 x 27 cm (*inkl. Türgriffe*)
 Innenmaße: B x H x D = 33 x 38 x 20 cm
- Gewicht: Bruttogewicht inkl. Verpackung 18,5 kg.

DATENBLATT:

Anschlussspannung 230V. (*Phase, Null und Erde*)
 Leistungsaufnahme im Normalbetrieb = 40 mA (10,2 Wh)
 Max. Leistungsaufnahme inkl. Heizung = 500 mA (116 Wh)


WARTUNG / REINIGUNG:

Wir empfehlen die Reinigung des Außengehäuses mindestens 1-2 mal pro Jahr.
 Verwenden Sie Reinigungsmittel auf einem feuchten Tuch oder einer Bürste und spülen Sie mit klarem Wasser nach.
 Trocknen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch.
 Wenn die Oberfläche anläuft, sind es typisch Ablagerungen auf der Oberfläche, die leicht gereinigt werden können.
 Bei schwierigen Ablagerungen kann ein Reinigungsschwamm benutzt werden. **Verwenden Sie niemals Stahlwolle.**

INSTALLATION - SIM-Karte:


Lösen Sie die 2 Inbus-Schrauben an der Abdeckplatte mit den LED-Lichtern und schwenken Sie die Platte heraus.

Installieren Sie eine Standard-SIM-Karte.



SIM-karte

LED-Licht
(Verbindung zum
Telekommunikationsnetz)



Schließen Sie den Schrank ans Stromnetz an, (siehe Montage- und Installationsanleitung)

Nach 30 Sekunden beginnt das LED-Licht, langsamer zu blinken.

(Blinkt es nicht langsamer, gibt es keine Verbindung mit dem Telekommunikationsnetz)

EINRICHTEN DER RUFNUMMERN ZUM EMPFANGEN VON SMS :

Einrichten der Rufnummern. Senden Sie eine SMS mit folgendem Inhalt: (+49 Landesvorwahl DE)

T1=+49XXXXXXXXXXXXXXXXX T2=+49XXXXXXXXXXXXXXXXX

T3=+49XXXXXXXXXXXXXXXXX T4=+49XXXXXXXXXXXXXXXXX

T5=+49XXXXXXXXXXXXXXXXX

T1=, T2=, T3= Die Telefonnummern, welche die Nachricht „DOOR IS OPEN“ erhalten.

T4=, T5= Servicenummer, die Fehler-SMS aus dem Schrank und „DOOR IS OPEN“ erhalten.

Erhalten der Test SMS = Software, die Temperatur und ist die Batterie angeschlossen

Senden Sie eine SMS mit folgendem Inhalt: **Test**

(Schrank sendet Software-Version und Temperatur an den Absender. Das bedeutet, GSM-Signal ist OK.)

(Wenn die Batterie nicht angeschlossen ist = NO BATTERY CONNECTED)

Empfangen des Status per SMS. Senden Sie eine SMS mit folgendem Inhalt: **Status**

(Schrank sendet Telefonnummer an den Absender)

C1=XXXX C2=XXXX C3=XXXX C4=XXXX (Wird nur für Gerät mit Codeschloss)

T1=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T2=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

T3=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T4=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

T5=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sie erhalten eine SMS mit der Temperatur. Senden Sie eine SMS mit folgendem Inhalt: **Temp**

(Schrank sendet z.B. „TEMP: 23“ an den Absender. 23 °C = aktuelle Temperatur im Schrank)

AKTIVITÄT VON AED SENSOR:

Senden einer Textnachricht, **AED ON** (AED-Sensor aktiviert)

Senden einer Textnachricht, **AED OFF** (AED Sensor nicht aktiv)

SMS ALS KABINETT SENDET:

DOOR IS OPEN

Wenn die Tür geöffnet wird.

NO AED

Ergreifen Sie den AED, (2 TÖNE) und eine SMS gesendet werden.

AED PRESENT

Platzieren Sie den AED im Schrank. (2 TÖNE) SMS gesendet werden.

**NO MAIN POWER,
RUNNING ON BATTERY POWER**

Stromzufuhr zum Schrank unterbrochen.

MAIN POWER IS OK

Stromzufuhr zum Schrank normal.

BATTERY LOW

Die Batterie geht zur Neige = 11 Volt übrig.

BATTERY DEFECTIV

Batterie defekt, weniger als 10 Volt.

KEYBOARD DEFECTIVE

Tastatur defekt.

HEATING DEFECTIVE + TEMPERATUR

Heizung defekt.

FAN DEFECTIVE + TEMPERATUR

Lüfter defekt.

TEMPERATURE HIGH

Hohe Temperatur im Schrank. Hohe Temperatur im Schrank.
(Die Innentemperatur des Schranks beträgt 50°C)

TEMPERATURE LOW + TEMPERATUR

Niedrige Temperatur im Schrank.
(Die Innentemperatur des Schranks beträgt weniger als 3°C)




- AED-skåp med GSM och AED-sensor.
- Sms-meddelande när luckan öppnas.
- Isolerat, rostfritt stålskåp .
- Frostsäkert ned till -40 °C.
- Extra front-värmeelement (-20 °C till -40 °C).
- Fläkt för ventilation
- 2 x LED-lampor (hjärtstartaren är synlig i mörker).
- Konstruerat så att det kan öppnas även under påverkan av stora mängder snö och frost.
- Framtidssäkrat! (programvaran kan uppgraderas).

FUNKTIONSBESKRIVNING:

Öppnar man skåpets lucka ... börjar lamporna BLINKA, LARMET ljuder och GSM skickar sms-meddelandet "DOOR OPEN" till 5 på förhand bestämda mobilnummer.
Sms-meddelandet "NO AED" skickas när man lyfter ut hjärtstartaren (2 BLIP).
Placera hjärtstartaren i skåpet. (2 BLIP) nytt sms "AED PRESENT"
(Stängs luckan inte igen inom 3 minuter slutar LARMSIGNALEN automatiskt)

När luckan stängs ... är skåpet klart för drift igen.



AED sensor, IRED (infraröd)
Registrera om AED finns i skåpet.

TEKNISK BESKRIVNING:

AED-sensor:	Registrerar om hjärtstartaren befinner sig i skåpet. (IRED Infraröd sensor)
Lucka:	Luckan har termoglas och är försedd med internationella AED-etiketter/symboler.
Belysning:	Blått blinkande ljus och 2 x LED-lampor gör skåpet synligt i mörker.
Lydalarm:	Ljudalarm i skåpet. (100 dBA/1m)
Fläkt:	Fläktventilation, startar vid +40 °C.
Skåp frostfritt:	Termostatstyrt värmeelement. Frostsäkert ned till -40 °C.
GSM/SMS:	GSM-styrning, för sms-kommunikation.
Spänning:	Måste anslutas till 230 V.
Batteribackup:	12V batteribackup vid strömavbrott.
Underhåll:	Nytt 12V batteri vart tredje år.
Utvändiga mått:	B x H x D = 44 x 46 x 27 cm (inkl. luckhandtag)
Invändiga mått:	B x H x D = 33 x 38 x 20 cm
Vikt:	Brutto vægt inkl. emballage 18,5 Kg.

DATABLAD:

Anslutningsspänning	230V. (Fas, noll och jord)
Strömförbrukning vid normal drift	= 40 mA (10,2 Wh)
Max. strömförbrukning inkl. Värmare	= 500 mA (116 Wh)


UNDERHÅLL/RENGÖRING:

Vi rekommenderar utvändigt rengöring av skåpet åtminstone 1-2 gånger per år.
Använd tvättmedel på en fuktig trasa eller borste och skölj med rent vatten. Torka sedan med en torr trasa.
Om ytan blir anlöpt, är detta avlagringar som lätt kan tvättas bort.
Till besvärliga avlagringar används en skursvamp. **Använd aldrig stålull.**


INSTALLATION - SIM kort:

2 lossa insexskruvarna i täckplattan med LED-ljus
Och svänga plattan ut.

Sätt i ett standard SIM-kort.



SIM-kort

LED-belysning
(till telekommunikationsnät)

Slå på strömmen till skåpet (se monterings- och installationsanvisningar)

Efter 30 sekunder ska LED-belysningen börja blinka långsammare.
(Blinkar den inte långsamt, finns det ingen anslutning till telekommunikationsnätet)

STÄLLA IN TELEFONNUMMER SOM SKA TA EMOT SMS:

Ställa in telefonnummer. Skicka SMS med följande meddelande: (+46 landskod SE)

T1=+46XXXXXXXXXXXXXXXXXX T2=+46XXXXXXXXXXXXXXXXXX

T3=+46XXXXXXXXXXXXXXXXXX T4=+46XXXXXXXXXXXXXXXXXX

T5=+46XXXXXXXXXXXXXXXXXX

T1=, T2=, T3= Telefon nummer der skal modtage meddelelsen DOOR IS OPEN.

T4=, T5= Servicenummer, som tar emot sms om skåpdefekter och meddelandet DOOR IS OPEN.

Ta emot ett test-sms = Meddelande om programvara, temperatur och huruvida batteriet är anslutet eller ej.

Skicka sms med följande meddelande: **Test**

(Skåpet skickar programversion och temperatur till sms:ets avsändare. Det är alltså GSM-signalen OK.)

(Om batteriet inte är anslutet = NO BATTERY CONNECTED)

Ta emot sms om skåpets status. Skicka sms med följande meddelande: **Status**

(Skåpet skickar koder och telefonnummer till sms:ets avsändare)

C1=XXXX C2=XXXX C3=XXXX C4=XXXX (Används endast för skåp med ett kombinationslås)

T1=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T2=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

T3=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T4=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

T5=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ta emot sms om skåptemperatur. Skicka sms med följande meddelande: **Temp**

(Skåpet skickar t.ex. "TEMP:23" till sms:ets avsändare. 23 °C = aktuell temperatur i skåpet)

AKTIVITET AV AED SENSOR:

Skicka ett SMS, **AED ON** (AED-sensor aktiverad)

Skicka ett SMS, **AED OFF** (AED-sensorn är inte aktiv)

SMS SOM SKÅPET KAN SKICKA:

DOOR IS OPEN

Om luckan öppnas.

NO AED

Lyft ut hjärtstartaren ur skåpet, (2 BLIP) ljuder och sms-meddelandet skickas.

AED PRESENT

Placera hjärtstartaren i skåpet. (2 BLIP) ljuder och sms-meddelandet skickas.

**NO MAIN POWER,
RUNNING ON BATTERY POWER**

Skåpet har ingen strömförsörjning.

MAIN POWER IS OK

Strömmen till skåpet är tillbaka.

BATTERY LOW

Batteriet är på väg att laddas ur = 11 volt kvar.

BATTERY DEFECTIV

Defekt batteri, mindre än 10 volt.

KEYBOARD DEFECTIVE

Defekt knappsats.

HEATING DEFECTIVE + TEMPERATUR

Defekt värmeelement.

FAN DEFECTIVE + TEMPERATUR

Defekt fläkt.

TEMPERATURE HIGH

Hög temperatur i skåpet: (Den invändiga temp. i skåpet är 50 °C)

TEMPERATURE LOW + TEMPERATUR

Låg temperatur i skåpet: (Den invändiga temp. i skåpet är under 3 °C)



- AED skab med GSM og AED sensor.
- SMS-melding når døren åpnes
- Isolert, rustfritt stålskap
- Frostsikret til (-40 °C)
- Ekstra front-varmelegeme (-20 °C til -40 °C).
- Vifte for ventilasjon
- 2 x LED-lys (hjertestarter synlig i mørket)
- Utformet slik at det kan åpnes selv om det utsettes for store mengder snø og frost.
- Fremtidssikrer! (software kan oppgraderes)


FUNKSJONSBEKRIVELSE:

Når døren åpnes...

Starter BLINK, ALARM og GSM, som sender SMS med beskjeden 'DOOR OPEN' til fem forhåndsregistrerte mobilnummer.
 Om du tar ut AED (2 PIP), blir det sendt en SMS med beskjeden 'NO AED'.
 Om du plasserer AED i skapet (2 PIP), blir det sendt en ny SMS med beskjeden 'AED PRESENT' (Om døren ikke lukkes innen tre minutter stopper ALARMEN automatisk)

Når døren lukkes...

Er skapet klart til bruk igjen.



IREN (infrarød sensor)
 Registrer om AED er i skapet.

TEKNISK BESKRIVELSE:

AED-sensor:	Registrerer om AED er i skapet. (IREN Infrarød sensor)
Dør:	Døren har termoglass og er montert med internasjonale AED-merker/-symboler.
Lys:	Blått blinkende lys og 2 x LED-lys gjør at man kan se skapet i mørket.
Alarm:	Sirene i skapet. (100 dBA / 1m)
Vifte:	Blåser ventilasjon, starter v. +40 °C.
Frostfritt skap:	Termostatstyrt varmelegeme. Frostsikret til -40 °C.
GSM/SMS:	Kontrollprint med GSM for SMS-kommunikasjon.
Spenning:	Skal tilkobles 230 V.
Batteri-backup:	12V batteri-backup ved spenningsbrudd.
Vedlikehold:	Nyt 12V batteri hvert 3 år.
Utevendig mål:	B x H x D = 44 x 46 x 27 cm (inkludert dørhåndtak)
Innvendig mål:	B x H x D = 33 x 38 x 20 cm
Vekt:	Brutto vekt inkludert emballasje 18,5 Kg.

DATABLAD :

Tilkoblingsspenning 230V. (Fase, null og jord)	
Strømforbruk ved normal drift	= 40 mA (10,2 Wh)
Maks. Strømforbruk inkl. oppvarmingsenheten	= 500 mA (116 Wh)


VEDLIKEHOLD/RENGJØRING:

Vi anbefaler utvendig rengjøring av skapet minst 1-2 ganger i året.
 Bruk sulfo på en fuktig klut eller børste, og skyll med rent vann. Tørk tilslutt av med en tørr klut.
 Hvis rust eller irr oppstår, er det avleiringer på overflaten, og dette vil lett kunne vaskes vekk.
 Bruk skuresvamp til vanskelige avleiringer. **Bruk aldri stålull.**


INSTALLATION - SIM kort:

Løsne de to unbrakoskruene ved dekkplaten med LED-lys, og sving platen ut.

Monter 1 stk. standard SIM-kort.



SIM-kort

LED lys
(Forbindelse til telenett)

Slå på for spenning til skapet (se monterings- og installasjonsveiledningen)

Etter 30 sekunder vil LED-lyset begynne å blinke saktere.
(Blinker det ikke sakte, er det ingen forbindelse til telenettet)

INNSTILLING AV ADGANGSKODER TIL SKAP MED TASTATUR:

Innstilling av telefonnummer. Send SMS med følgende innhold: (+47 landekode NO)

T1=+47XXXXXXXXXXXXXXXXX T2=+47XXXXXXXXXXXXXXXXX

T3=+47XXXXXXXXXXXXXXXXX T4=+47XXXXXXXXXXXXXXXXX

T5=+47XXXXXXXXXXXXXXXXX

T1=, T2=, T3= Telefonnummer som skal motta meldingen DOOR IS OPEN.

T4=, T5= Servicenummer, som mottar feilmelding fra skapet i tillegg til DOOR IS OPEN.

(Man kan sende/registrere én eller flere telefonnummer av gangen)

Motta en test-SMS angående software, temperatur og om batteriet er koblet til. Send SMS med følgende innhold: **Test**
(Skapet sender informasjon om softwareversjon og temperatur til avsender, som vil si at GSM-signalet er OK.

Om batteriet ikke er koblet til = 'NO BATTERY CONNECTED')

Motta en status-SMS. Send SMS med følgende innhold: **Status**

(Skapet sender adgangskoder og telefonnummer til avsender.)

C1=XXXX C2=XXXX C3=XXXX C4=XXXX (Brukes kun for enhet med kodelås)

T1=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T2=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

T3=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T4=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

T5=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Motta en SMS med informasjon om temperatur. Send SMS med følgende innhold: **Temp**

(Skapet sender f.eks. "TEMP:23" til avsender. 23 °C = nåværende temperatur i skapet)

AKTIVITET AV AED SENSOR:

Send en tekstmelding, **AED ON**

(AED-sensor aktivert)

Send en tekstmelding, **AED OFF**

(AED-sensor ikke aktiv)

SMS SOM SKAPET KAN SENDE:

DOOR IS OPEN

Hvis døren åpnes.

NO AED

Tag AED, (2 BIP) og der bliver sendt en SMS.

AED PRESENT

Placer AED i skabet. (2 BIP) og der bliver sendt en SMS.

**NO MAIN POWER,
RUNNING ON BATTERY POWER**

Spenningen til skapet er brutt.

MAIN POWER IS OK

Spenningen til skapet er OK.

BATTERY LOW

Batteriet er nesten tomt for strøm = 11 volt igjen.

BATTERY DEFECTIV

Batteriet er skadet under 10 volt.

KEYBOARD DEFECTIVE

Tastatur defekt.

HEATING DEFECTIVE + TEMPERATUR

Varmelegeme defekt.

FAN DEFECTIVE + TEMPERATUR

Vifte defekt.

TEMPERATURE HIGH

Høy temperatur i skapet. (Skapets innvendige temperatur er 50 °C)

TEMPERATURE LOW + TEMPERATUR

Lav temperatur i skapet. (Skapets innvendige temperatur er under 3 °C)



- AED-kaappi GSM-toiminnolla ja AED-anturilla.
- Tekstiviesti, kun ovi avataan.
- Eristetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi.
- Pakkaskestävyys (-40 °C).
- Ylimääräinen etulämmitinelementti (-20 °C til -40 °C).
- Tuuletin.
- 2 LED-valoa (sydämenkäynnistin näkyy pimeässä).
- Rakennettu siten, että kaappi voidaan avata jopa hyvin lumisissa ja jäisissä olosuhteissa.
- Tulevaisuudenkestävä! (ohjelmisto voidaan päivittää).

TOIMINTOKUVAUS:

Kun kansi avataan...


HÄLYTYSVALO syttyy, SIREENI antaa äänimerkin ja laite lähettää tekstiviestin 'DOOR OPEN' viisi ennalta valittuun matkapuhelinnumeroon.

Jos poistat AED:n, kuulet (2 piippausta) ja laite lähettää tekstiviestin 'NO AED'.

Jos laitat AED:n kaappiin, kuulet (2 piippausta) ja laite lähettää uuden tekstiviestin 'AED PRESENT' (jos ovi suljetaan kolmen minuutin kuluessa, SIREENIN ääni sammuu automaattisesti).

Kun kansi suljetaan...

Kaappi on jälleen toimintavalmis.



IRET (infrapuna-anturi)
Rekisteröinti jos sydämenpysähdys on kaapissa.

TEKNISET TIEDOT:

AED anturi

Havaitsee, onko AED kaapissa. (IRET Infrapuna-anturi)

Kansi:

Kannen lasi on termolasia ja siinä on kansainväliset AED-merkinnät/symbolit.

Valo:

Sininen valomerkki ja 2 LED-valoa, joiden ansiosta kaappi näkyy pimeässä.

Sireeni:

Kaapissa on sireeni. (100 dBA / 1 m)

Tuuletin:

Blæser ventilation, starter v. +40 °C.

Pakkaskestävyys:

Termostaatilla ohjautuva lämmityselementti. Pakkaskestävyys -40 °C.

GSM/SMS:

Ohjaustulostus GSM:llä tekstiviestintää varten.

Jännite:

Jännite 230 V.

Akkuvarmistus:

12 V akku sähkökatkon varalle.

Huolto:

Uusi 12 V akku joka kolmas vuosi.

Ulkomita:

L x K x S = 44 x 46 x 27 cm (kannen kahva mukaan luettuna)

Sisämita:

L x K x S = 33 x 38 x 20 cm

Paino:

Bruttopaino pakkaus mukaan luettuna 18,5 kg.

TIEDOTE:

Liitäntäjännite 230V. (Vaihe, nolla ja maapallo)

Virrankulutus normaalikäytössä = 40 mA (10,2 Wh)

Max. virrankulutus ml. Lämmitin = 500 mA (116 Wh)

KUNNOSSAPITO/PUHDISTUS:

Suosittelemme puhdistamaan kaapin säännöllisesti vähintään 1-2 kertaa vuodessa.

Käytä puhdistukseen sulfoa kosteassa rätissä tai harjassa ja huuhtelee sen jälkeen puhtaalla vedellä. Kuivaa aina lopuksi kuivalla rätillä.


Mahdolliset jäänteet näkyvät kerrostumina pinnalla, josta ne on helppo pyyhkiä pois.

Vaikeammin puhdistettaviin voidaan käyttää hankaussientä. Älä käytä milloinkaan teräsvillaa.


ASENNUS - SIM-kortti:

Kierrä auki kaksi LED-valolla varustetun suojalevyn kuusiokulmaruuuvia ja työnnä levy sivuun.

Asenna 1 tavallinen SIM-kortti.



SIM-kortti

LED-valo
(Yhteys tietoliikenneverkkoon)

Kytke virta kaappiin, (katso asentaminen ja asennusohjeet)

30 s jälkeen LED-valo alkaa vilkkua hitaammin.
(Kun valo vilkkuu hitaasti, tietoliikenneverkkoon ei ole yhteyttä)

TEKSTIVIESTIN SAAVAN MATKAPUHELINNUMERON ASETTAMINEN:

Matkapuhelinnumeroiden asettaminen. Lähetä tekstiviesti, jossa on seuraavat tiedot: (+358 on Suomen suuntanumero)
T1=+358XXXXXXXXXXXXXXXXX T2=+358XXXXXXXXXXXXXXXXX
T3=+358XXXXXXXXXXXXXXXXX T4=+358XXXXXXXXXXXXXXXXX
T5=+358XXXXXXXXXXXXXXXXX

T1=, T2=, T3= Puhelinnumerot, joihin lähetetään tekstiviesti, kun kaapin OVI ON AUKI.
T4=, T5= Palvelunumerot, joihin lähetetään tekstiviesti kaapin vikatilanteesta ja kun OVI ON AUKI

Testiviesti = Ohjelmisto, lämpötila ja onko akku kytketty. Lähetä tekstiviesti, jossa on seuraavat tiedot: **Test**
(Kaappi lähettää tiedot ohjelmaversiosta ja lämpötilasta. Tämä osoittaa, että GSM-signaali on kunnossa.)
(Jos akkua ei ole kytketty, tulee viesti NO BATTERY CONNECTED)

Tilan kertova tekstiviesti. Lähetä tekstiviesti, jossa on seuraavat tiedot: **Status**
(Kaappi lähettää salasanan ja puhelinnumerot lähettäjälle)

C1=XXXX C2=XXXX C3=XXXX C4=XXXX (käytetään vain kaapeissa, joissa on koodilukko)
T1=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T2=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
T3=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T4=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
T5=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lämpötilatiedot tekstiviestillä. Lähetä tekstiviesti, jossa on seuraavat tiedot: **Temp**
(Kaappi lähettää lähettäjälle viestin, esimerkiksi "TEMP: 23". Kaapin lämpötila on silloin 23 °C)

AED-ANTURIN TOIMINTA:

Lähetä tekstiviesti, **AED ON** (AED-anturi käytössä)
Lähetä tekstiviesti, **AED OFF** (AED-anturi ei ole aktiivinen)

TEKSTIVIESTIT, JOITA KAAPPI VOI LÄHETTÄÄ:

DOOR IS OPEN	Jos ovi avataan, ja.
NO AED	jos poistat AED:n, kuulet (2 piippausta) ja laite lähettää tekstiviestin.
AED PRESENT	Jos laitat AED:n kaappiin, kuulet (2 piippausta) ja laite lähettää tekstiviestin.
NO MAIN POWER, RUNNING ON BATTERY POWER	Kaapissa ei ole virtaa.
MAIN POWER IS OK	Kaapissa on virta.
BATTERY LOW	Akkua on vähissä = 11 voltia jäljellä.
BATTERY DEFECTIV	Akkua on viallinen eikä toimi alle 10 voltilla.
KEYBOARD DEFECTIVE	Näppäimistö viallinen.
HEATING DEFECTIVE + TEMPERATUR	Lämmitin viallinen.
FAN DEFECTIVE + TEMPERATUR	Tuuletin viallinen.
TEMPERATURE HIGH	Kaapin lämpötila on korkea: (Sisälämpötila on 50 °C)
TEMPERATURE LOW + TEMPERATUR	Kaapin lämpötila on alhainen: (Kaapin sisäinen lämpötila on alle 3 °C)